

Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Ενότητα 9



- 1. Η διαδικασία της συντήρησης συνεισφέρει σημαντικά:**
 - A) στη μείωση των βλαβών του εξοπλισμού
 - B) στη μείωση της χρονικής διάρκειας των μηχανών
 - Γ) στη μείωση της ασφάλειας και μείωση των ατυχημάτων
- 2. Ο απώτερος στόχος της Συντήρησης Ολικής Παραγωγής είναι να βελτιώσει τη συνολική διαθεσιμότητα της εγκατάστασης με συστηματική αύξηση, έως ότου εξαλειφθούν οι περιττοί χρόνοι διακοπής λειτουργίας (downtimes).**
 - A) Σωστό
 - B) Λάθος
- 3. Η επιτυχία της συντήρησης, στις περισσότερες περιπτώσεις, εξαρτάται κυρίως από:**
 - A) την εμπειρία
 - B) τη θεωρητική γνώση
 - Γ) την επεξεργασία των ιστορικών δεδομένων.
- 4. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί μια από τις εργασίες συντήρησης και επισκευής σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ;**
 - A) Αναλυτική τεχνική αναφορά για κάθε παρέμβαση, συντήρηση και αναθεώρηση.
 - B) Εργασίες σύνδεσης στο ηλεκτρικό σύστημα, τους υποσταθμούς και στο δίκτυο.
 - Γ) Έλεγχος των οργάνων μετρήσεων και ελέγχου της ενεργειακής μονάδας.
- 5. Ο τεχνικός, για τον έλεγχο και την συντήρηση οργάνων ΑΠΕ, οφείλει να επεξηγεί σε τρίτους την φυσική ή τεχνική συνθήκη των μεταβλητών παραμέτρων του συστήματος, που έχουν σχέση μεκαι τα δομικά τους στοιχεία.**
 - A) τις μεθοδολογικές δυσλειτουργίες

- B) τις μονάδες ενέργειας
- Γ) τα όργανα μετρήσεων
- 6. Προσαρμογή είναι η ρύθμιση μίας τιμής μέτρησης στη μικρότερη δυνατή απόκλιση από τη σωστή τιμή.**
- A) Σωστό
- B) Λάθος
- 7. Ο χρόνος από τη μία βαθμονόμηση στην άλλη ορίζεται ως διάστημα βαθμονόμησης ή διάστημα παρακολούθησης. Το μήκος του διαστήματος βαθμονόμησης μπορεί να καθορίζεται ξεχωριστά από τον χρήστη και ΔΕΝ εξαρτάται, από:**
- A) Διακρίβωση του οργάνου μέτρησης
- B) Προδιαγραφές τρίτων
- Γ) Απαιτούμενες αβεβαιότητες μέτρησης
- 8. Πρέπει πάντοτε να επιλέγονται αρκετά σημεία βαθμονόμησης, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν αξιόπιστες δηλώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά μέτρησης και το εύρος λειτουργίας του οργάνου.**
- A) Σωστό
- B) Λάθος
- 9. Για να θεωρηθεί αξιόπιστη μια βαθμονόμηση πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:**
- A) Η σύγκριση γίνεται σύμφωνα με αναγνωρισμένη, αξιόπιστη, ή τουλάχιστον, αποδεκτά τεκμηριωμένη διαδικασία διακρίβωσης.
- B) Η σύγκριση γίνεται κάτω από ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες,
- Γ) Όλα τα παραπάνω

10. Το ΚΑΠΕ εκτελεί μετρήσεις δομικών στοιχείων και υλικών αναφορικά με τις ενεργειακές τους αποδόσεις, ωστόσο δεν διενεργεί μετρήσεις σε παθητικά ηλιακά συστήματα και σε δομικά συστήματα.

A) Σωστό

B) Λάθος

Απαντήσεις Ερωτήσεων Αυτοαξιολόγησης

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	A	Γ	B	A	A	A	Γ	B